

令和8～12年 富谷市総合運動公園自動体外式除細動器賃貸借

特記仕様書

1. 件名

令和8～12年度 富谷市総合運動公園自動体外式除細動器賃貸借

2. 納期及び納品場所

納期 令和 8年 4月 1日まで

納品場所 富谷市一ノ関地内 富谷市総合運動公園

3. 賃貸借期間

令和 8年 4月 1日 ～ 令和13年 3月31日（60ヶ月）

4. 納入機器表

| No | 品名 | 数量 |
|----|-----------------------|----|
| 1 | 旭化成 ZOLL AED Plus 同等品 | 4 |
| 2 | AED収納ボックス | 2 |
| 3 | AED収納ボックス用スタンド | 1 |

5. 特記事項

下記に掲げる事項も本契約に含むものとする。

① AED 一式

| | |
|--------------------------|------|
| (ア) ZOLL AED Plus 同等品 本体 | 1台 |
| (イ) CPR-D-padz 成人用除細動パッド | 1枚 |
| (ウ) ソフトケース | 1個 |
| (エ) 救急セット（手袋、はさみ、カミソリ等） | 1セット |
| (オ) バッテリー（10本パック） | 2セット |
| (カ) AED設置ステッカー | 2枚 |
| (キ) 取扱説明書、オペレーターガイド等文書 | 1セット |

② 収納ボックス及びスタンドの据付、機器設置作業

③ 富谷市担当職員への運用方法説明及び操作説明

6. 付帯機能

自動除細動機能の他、下記に掲げる機能を付帯していること。

① 胸骨圧迫ヘルプ機能

胸骨圧迫の速さと強さの情報がAED本体にフィードバックされ、音声案内とメッセージ表示により、適切な動作をサポートするもの。

② 音声メッセージ機能

救助者に本体機器の説明方法を音声により案内するもの。

③ メッセージ表示機能

救助者に本体機器の使用方法をメッセージ表示により案内するもの。

④ インジケータ表示機能

電源を入れてからの経過時間、電気ショックの回数、胸骨圧迫の深さをディスプレイにて表示するもの。

⑤ セルフテスト機能

以下の項目についてセルフチェックするもの。（実施頻度：機器本体／日1回）

（ア） バッテリー容量

（イ） 電極パットの接続

（ウ） ECG回路

（エ） 除細動器の充電／放電回路

（オ） ハードウェア／ソフトウェア

（カ） CPR回路とセンサー

⑥ データ記録及び読み取り

ECGデータ、ショック回数、経過時間、胸骨圧迫データを本体に保存可能なこと。

IrDAポートにより保存データの読み取りが可能なこと。

7. 不具合対応について

- ① 通常の保管または使用で障害等の不具合が発生した場合、部品の修理、交換等の対応を行うこと。この期間は、賃貸借期間とする。
- ② 障害等の不具合や各種問い合わせについて、対応可能な窓口を設けること。
また、障害等により部品等の交換が必要な場合には、2営業日以内に訪問し、かつ作業を完了することとし、現地修理を不可能とする場合は代替え機を設置して修理すること。

8. その他

- ① 指定品以外の機器をもって見積もりを行う場合は、質問回答において確認をとること。
- ② 見積書に記載する金額は、総額賃貸借料（消費税相当額抜き）とすること。
- ③ 備品の納入にあたっては、市の指定する日時に搬入するものとし、搬入に関する一切の経費については、納入業者の負担とする。
- ④ 納入した物品については、市の指定する場所に開梱のうえ納品するものとし、梱包材等の処分に関する一切の経費については、受注者の負担とする。
- ⑤ 使用可能な状態で検収を受けること。
- ⑥ この契約は、長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、諸事情により変更または解除とすることがあるもの。
なお、この場合においては、会計年度開始日の2月前までに通知するもの。
- ⑦ 疑義等生じた場合は、受注者と市とで協議の上決定する。
- ⑧ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とするため、令和8年度当初予算が否決となった場合は無効とする。