

新型コロナワクチンの廃棄について

経緯

令和3年7月1日、市内の医療機関で保管していたファイザー社製ワクチン1バイアル（6回分）について、11時30分に冷蔵庫の扉が完全に閉まっていないことを発見し、庫内温度が15℃となっていたことを受け、使用不能と判断し廃棄しましたのでお知らせします。

本日8時30分に本日の接種者分を準備した際には適切な温度を保っておりましたので、接種者には影響はありません。

ファイザー社製ワクチンの管理方法

- ・ 冷蔵保存温度は2～8℃
- ・ 常温で解凍した場合は2時間以内に希釈し、6時間以内に使用

市の対応

ワクチン接種にご協力をいただいている全ての医療機関に対して、本事案を共有するとともに、適切な管理について改めて注意喚起を図り、再発防止に努めてまいります。